

臨床ケースレポート 医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器 コラーゲン使用人工骨



左大腿骨骨囊腫（症例：13歳 女性）



術前



術直後



術後1ヶ月



術後2ヶ月




術後6ヶ月




術後9ヶ月

CT画像



術前



術後9ヶ月

PB-101010



10×10×10 mm


単純X線写真にて発見された大腿骨腫瘍で硬化線のある内部に骨形成を認めず、
病変周囲軟部組織に異常を認めず単発性骨囊腫と診断された。

病巣搔把後、リフィット10×10×10mm10個（10mL）を補填。

リフィット充填部は術後1ヶ月で硬化が得られはじめ、術後6ヶ月、9ヶ月と
骨再生と修復像が認められた。




Collagen Hybrid リフィット®



製品一覧

償還分類 ; 078 人工骨 (1) 汎用型 (2) 吸收型 イ多孔体 ii 蛋白質配合型



形 状	品 番	寸 法	包装単位/箱	区分名略称
ブロック	PB-101010	10×10×10 mm	1個 (1.0mL)	人工骨 : AB-06-2
	PB-103020	10×30×20 mm	1個 (6.0mL)	

【使用目的、効能または効果】

1. 以下の骨欠損における骨再生の促進
 - ・骨腫瘍等、疾患の治療により生じた骨欠損
 - ・骨折等、外傷により生じた骨欠損
 - ・自家骨採取により生じた骨欠損
2. 自家骨(同種骨)移植の補助/代替

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・アナフィラキシーの既往のあるアレルギー患者または 重度のアレルギー患者、もしくは他のブタコラーゲン含有製剤に対するアレルギーのあることが知られている患者。

※仕様、形状は一部変更することもあります。
※掲載の写真・形状図は実物大ではありません。

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル
TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711

- 札幌オフィス 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
- 仙台オフィス 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
- 名古屋オフィス 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
- 大阪オフィス 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
- 福岡オフィス 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
TEL 0285-72-6253 FAX 0285-72-6259